

Schutz nach DIN 34 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authorization. All rights reserved.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

A

besteht aus:

1 Stck Kabelbaum Sensoranschluss ge	2M21678
1 Stck Kabelbaum Sensoranschluss ws	2M21944
2 Stck Schraube	1331930
1 Stck Blech	2M21694
1 Stck Schraube	1334689
1 Stck Kabel	2M21770, ST
1 Stck X Buchsl Geh Cri 1x7 LV00271	1817604
1 Stck X Buchsl Cad LV00127	1813536
6 Stck Kabelbinder	8712007
1 Stck Schild	2M21767
1 Stck Kreuzhalter	8404154
1 Stck Rahrkern DI 8 LV00861	1825704
2 Stck Schraube	1341227
* 1 Stck Broschuere Thermo Mon. SD 6141.601	⑥ 9097387
* 1 Stck Broschuere Thermo Mon. SD 6141.601	⑥ 9097384

D

\* eingelegt in:


1 Stck Schutzhuelle ⑥ M22532 STM02884

verpackt in:

Flachbeutel mind. 240x300 DWN 1210

Einbau gemaesz FRO0053  
oder FRO0054  
oder FRO0083

ST2M21733




E

scale ---	general tolerances ---	material ---	safety class <s> 0 <m> 0
--------------	---------------------------	-----------------	--------------------------------

field reserved	revision text Zeichn.-Nr. nachgetragen (1998 / CC / 135)
----------------	--



filing dept. 2530	responsible dept. 3401	author 03.06.1998 Stickel	approved 03.06.1998 Hartwig	control n
----------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------

F

type drawing	language de replacement for 2M21733-05	title Kabelbaum ThermoMonitoring number 2M21733	revision index 06	occures 3x	page/of 01/01	 Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck
creating system CADRA	release status PROD					

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authority. All rights reserved.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck



alle Abmessungen in mm

Farbe: gelb

Spannungsfestigkeit zwischen  
den Steckkontakten: 500V

all dimensions in mm

colour: yellow

voltage stability between  
contact pins: 500V




scale	general tolerances	material	safety class
2:1			<s> 0 <m> 0
field reserved		revision text	
		neue Urzeichnung	
filing dept	responsible dept.	author	approved
2950	5660	28.05.1999	28.05.1999
		date	name
		Bahrt	Conrad
type	language	title	contract
drawing	de	Kabelbaum Sensoranschluss ge	n
	replacement for	number	
	2M21678-04	2M21678	
cooling system	release status	revision index	pages
CADRA	FREI	05	ox
			01/01
			Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

Dräger

Dräger Medizintechnik  
GmbH,  
D-23542 Lübeck

size A3

Schutz nach DIN 34 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authority. All rights reserved.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck



alle Abmessungen in mm

Farbe: weiß

Spannungsfestigkeit zwischen  
den Steckkontakten: 500V

all dimensions in mm

colour: white

voltage stability between  
contact pins: 500V

scale 2:1	general tolerances	material	safety class <s> 0 <m> 0
field reserved	revision text neue Urzeichnung	(1999 /MX / 10)	
filing dept 2950	responsible dept. 5660	author 31.05.1999 Bahrt	approved 31.05.1999 Conrad
type drawing	language de	title Kabelbaum Sensoranschluss ws	contract n
replacement for 2M21944-03	release status FREI	number 2M21944	revision index 04
cooling system CADRA	revision index 04	status ox	page of 01/01

**Dräger**

Dräger Medizintechnik  
GmbH,  
D-23542 Lübeck

size A3